



પબ્લીક હેલ્થ લેબોરેટરી
સુરત મહાનગરપાલિકા
બીજો માળ, વેસુ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર
વેસુ ફાયર સ્ટેશનની સામે, વી.આઈ.પી. રોડ
વેસુ, સુરત-૩૮૫૦૦૭ ગુજરાત
ઓ.ટેલી.નં. ૬૩૫૮૮૦૮૮૨૪

પીએચડી/પીએચએલ/ આ.નં.૭૭૨
તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૬

ભાવપત્રક/ કવોટેશન

વિષય:- સુરત મહાનગરપાલિકાના જાહેર આરોગ્યખાતાનાં તાબા હેઠળની પબ્લીક હેલ્થ લેબોરેટરીમાં ખાદ્ય પદાર્થનાં પૃથ્થકકરણ માટે જરૂરી સાધનની ખરીદી કરવા માટે ભાવપત્રક/કવોટેશન આપવા બાબત.

મહાશય,

સવિનય જણાવવાનું કે, સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત જાહેર આરોગ્યખાતાનાં તાબા હેઠળની પબ્લીક હેલ્થ લેબોરેટરી હાલ, બીજો માળ, વેસુ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, વેસુ ફાયર સ્ટેશન સામે, વી.આઈ.પી. રોડ, વેસુ, સુરત. ખાતે ખાદ્ય ચીજ વસ્તુઓનું અગ્નિમતા ધોરણે નિયમીત પૃથ્થકકરણ કરવામાં આવે છે. નીચે પરિશિષ્ટ-૧ મુજબ સાધન ખરીદી કરવા જરૂરી હોય,

—::પરિશિષ્ટ-૧::—

Name of equipment: Thermo shaker

Application: The Thermo shaker is used for Shaking and thermal application for sample preparation. e.g FAME (Fatty acid methyl ester) preparation for Gas chromatography analysis.

Specification	Requirement
Controller Type	Feedback Control PID
Diameter (Metric) Orbit	2 mm
Display	Digital
Electrical Requirements	230 V, 50/60 Hz
Lighting	LED
No. of Blocks	15 ml Tube block 1 no.
Speed	150 to 900 RPM
Temperature Accuracy	0.5°C (0.9°F) at 80°C
Type	Platform Shaker
Temperature Range (Metric)	Ambient +5° to 100°C
Operating manuals, service manuals, other manuals	Should provide • User, technical and maintenance manuals in English language • List of equipment and procedures required for local calibration and routine maintenance • Service and operation manuals to be provided Advanced maintenance tasks documentation, if any
Recommendations or Warnings	Any warning signs would be adequately displayed
Warranty	Warranted for 1 year, after satisfactory installation and working excluding consumable parts and accessories.
Training	The supplier will have to carry out successful Installation at the laboratory premises (where ever the system has to be installed) and provide on-site comprehensive training for a minimum of two scientific personnel operating the system till customer satisfaction
Quality Requirement	Should be compliant with the requirements of FDA/CE/BIS

સુરત મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય ખાતાના પબ્લીક હેલ્થ લેબોરેટરીમાં, ઉક્ત પરિશિષ્ટ-૧ અંગેના ભાવ (GST , Delivery તથા તમામ ખર્ચ સહિત) આપવાના રહેશે.

સદર ભાવો તમારા લેટર પેડ ઉપર આપવાના રહેશે. ભાવ પત્રક સાથે તમારી સંસ્થા તેમજ તમારા નોંધણી નંબર, GST નંબર અને પાન કાર્ડ ની સેલ્ફ એટેસ્ટેડ નકલ વિગેરે બિનચુક સામેલ કરી સીલ બંધ કવરમાં મુકવાના રહેશે. આ સીલ બંધ કવર ઉપર ખાતાનું નામ (પબ્લીક હેલ્થ લેબોરેટરી) અને કામનું નામ (વિષયમાં જણાવ્યા મુજબ) સ્પષ્ટ વાંચી શકાય તે રીતે લખી, તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૬ સુધીમાં મુખ્ય હિસાબનીશશ્રી, હિસાબીશખા, સુરત મહાનગરપાલિકા, મુગલીસરા, સુરત ખાતે ફક્ત સ્પિડપોસ્ટ/આર.પી.એડી. થી પહોંચતા કરવાના રહેશે. નિયત સમય મર્યાદામાં પ્રાપ્ત થયેલ બંધ કવરો જ ધ્યાને લેવામાં આવશે. તમો ધ્વારા આપવામાં આવેલ ભાવોની વેલીડિટી, ભાવપત્રક/કવોટેશન ખુલ્યાની તારીખ થી ૧૨૦ દિવસ ગણવાની રહેશે.

ખાસ નોંધ

- ભાવ પત્રકમાં જણાવેલ ભાવ સીલ બંધ કવરમાં આપવાના રહેશે અને ભાવ પર સેલોટેપ લગાવેલ હોવી જોઈએ.
- ભાવ પત્રકમાં જણાવેલ ભાવો GST, Delivery તથા તમામ ખર્ચ સહિતના આપવાના રહેશે.
- ભાવ પત્રકમાં જણાવેલ ભાવ ઉપરાંત કોઈ વધુ રકમ ચુકવવાની રહેશે નહિ.
- બીલની ચુકવણી સુરત મહાનગરપાલિકાના નિયમ મુજબ કરવામાં આવશે.
- Broacher of equipment compulsory attached in which specifications clearly mentioned.

-sd-
કુડ એનાલીસ્ટ,
પબ્લીક હેલ્થ લેબોરેટરી
સુરત મહાનગરપાલિકા

