



પદ્ધીક હેલ્પ લેબોરેટરી
સુરત મહાનગર પાલિકા
બીજો માળ, વેસુ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર
વેસુ ફાયર સ્ટેશનની સામે, વી.આઈ.પી. રોડ
વેસુ, સુરત-૩૮૫૦૦૭ ગુજરાત
ઓ.ટેલી.નં. ૬૩૪૮૮૦૮૮૮૨૪

પીએચડી/પી.એચ.એલ/ આ.નં. ૭૭૬
તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૬

ભાવપત્રક/ કવોટેશન

વિષય:- સુરત મહાનગરપાલિકાના જાહેર આરોગ્યખાતાનાં તાબા હેઠળની પદ્ધીક હેલ્પ લેબોરેટરીમાં ખાદ્ય પદાર્થનાં પૃથ્વકકરણ માટે જરૂરી સાધનની ખરીદી કરવા માટે ભાવપત્રક/કવોટેશન આપવા બાબત.

મહાશય,

સર્વિનય જણાવવાનું કે, સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત જાહેર આરોગ્યખાતાનાં તાબા હેઠળની પદ્ધીક હેલ્પ લેબોરેટરી હાલ, બીજો માળ, વેસુ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, વેસુ ફાયર સ્ટેશન સામે, વી.આઈ.પી. રોડ, વેસુ, સુરત. ખાતે ખાદ્ય ચીજ વસ્તુઓનું અગ્રિમતા ધોરણે નિયમીત પૃથ્વકકરણ કરવામાં આવે છે. નીચે પરિશિષ્ટ-૧ મુજબ સાધન ખરીદી કરવા જરૂરી હોય,

—::પરિશિષ્ટ-૧::—

Name of equipment: Flame photometer

Application: The flame photometer is used for qualitative and quantitative determination of several cations, especially for metals that are easily excited to higher energy levels at flame temperature. These metals include Na^+ , K^+ , Ca^{2+}

Specification	Requirement
Measuring Range	Na^+ : 0 to 99.9 ppm K^+ : 0 to 99.9 ppm Ca^{2+} : 0-99.9 ppm
Sensitivity	Na^+ = 0.1 ppm K^+ = 0.1 ppm
Specificity	less than 0.5% interference when concentrations are equal to test sample concentrations
Gas Control	Adjustable with knobs
Ignition System	Auto Ignition System
Flame Failure	Auto detection
Gas Cut off	Automatic
Reproducibility	Less than 1% coefficient of variation for 20 consecutive samples using 10 ppm Na^+ set as maximum standard
Linearity	Less than 1%
Display	Graphics LCD readout (240 x 128 Dot or 5")/Touch screen
Fuel supply	High-grade propane/butane mixture regulated at approximately 30 psi
Air supply	6 L/min at 12 psi; oil and moisture free
Recorder	output 0.05 to 5 V (switchable)
Operating manuals, service manuals, other manuals	Should provide • User, technical and maintenance manuals in English language • List of equipment and procedures required for local calibration and routine maintenance • Service and operation manuals to be provided Advanced maintenance tasks documentation, if any
Recommendations or Warnings	Any warning signs would be adequately displayed
Warranty	Warranted for 1 year, after satisfactory installation and working excluding consumable parts and accessories.
Training	The supplier will have to carry out successful Installation at the laboratory premises (where ever the system has to be installed) and provide on-site comprehensive training for a minimum of two scientific personnel operating the system till customer satisfaction
Quality Requirement	Should be compliant with the requirements of FDA/CE/BIS • Quality Certification: ISO certified. • Should provide calibration certificates from NABL accredited agency every year during warranty & CMC period. Calibration cost will have to be borne by the supplier. • Equipment should be FDA / CE certified or equivalent standard of repute. It should be ISO 9001:2000 or other equivalent All calibration certificates must be from ISO 17025: 2017 certified laboratory

સુરત મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય ખાતાના પબ્લિક હેલ્થ લેબોરેટરીમાં, ઉક્ત પરિશિષ્ટ-૧ અંગેના ભાવ (GST, Delivery તથા તમામ ખર્ચ સહિત) આપવાના રહેશે.

સદર ભાવો તમારા લેટર પેડ ઉપર આપવાના રહેશે. ભાવ પત્રક સાથે તમારી સંસ્થા તેમજ તમારા નોંધણી નંબર, GST નંબર અને પાન કાર્ડ ની સેલ્ફ એટેસ્ટેડ નકલ વિગેરે બિનચુક સામેલ કરી સીલ બંધ કવરમાં મુકવાના રહેશે. આ સીલ બંધ કવર ઉપર ખાતાનું નામ (પબ્લિક હેલ્થ લેબોરેટરી) અને કામનું નામ (વિષયમાં જગ્યાવ્યા મુજબ) સ્પષ્ટ વાંચી શકાય તે રીતે લખી, તા. ૧૦/૦૨/૨૦૨૫ સુધીમાં મુજબ હિશાબનીશશ્રી, હિશાબીશાખા, સુરત મહાનગરપાલિકા, મુગલીસરા, સુરત ખાતે ફક્ત સ્પિડપોસ્ટ/આર.પી.એડી. થી પહોંચતા કરવાના રહેશે. નિયત સમય મર્યાદામાં પ્રાપ્ત થયેલ બંધ કવરો જ ધ્યાને લેવામાં આવશે. તમો ધ્યારા આપવામાં આવેલ ભાવોની વેલીડીટી, ભાવપત્રક/કવોટેશન ખુલ્યાની તારીખ થી ૧૨૦ દિવસ ગણવાની રહેશે.

ખાસ નોંધ

- ભાવ પત્રકમાં જગ્યાવેલ ભાવ સીલ બંધ કવરમાં આપવાના રહેશે અને ભાવ પર સેલોટેપ લગાવેલ હોવી જોઈએ.
- ભાવ પત્રકમાં જગ્યાવેલ ભાવો GST, Delivery તથા તમામ ખર્ચ સહિતના આપવાના રહેશે.
- ભાવ પત્રકમાં જગ્યાવેલ ભાવ ઉપરાંત કોઈ વધુ રકમ ચુકવવાની રહેશે નાહિ.
- બીલની ચુકવણી સુરત મહાનગરપાલિકાના નિયમ મુજબ કરવામાં આવશે.
- Broacher of equipment compulsory attached in which specifications clearly mentioned.

-sd-

કુદ એનાલીસ્ટ,
પબ્લિક હેલ્થ લેબોરેટરી
સુરત મહાનગરપાલિકા