



પબ્લીક હેલ્થ લેબોરેટરી
સુરત મહાનગરપાલિકા
બીજો માળ, વેસુ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર
વેસુ ફાયર સ્ટેશનની સામે, વી.આઈ.પી. રોડ
વેસુ, સુરત-૩૯૫૦૦૭ ગુજરાત
ઓ.ટેલી.નં. ૬૩૫૯૯૦૯૯૨૪

પીએચડી/પીએચએલ/ આ.નં. ૨૫૩

તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૬

ભાવપત્રક/ કવોટેશન

વિષય:— સુરત મહાનગરપાલિકાના જાહેર આરોગ્યખાતાનાં તાબા હેઠળની પબ્લીક હેલ્થ લેબોરેટરીમાં જરૂરી Water Purification System સાધનની ખરીદી કરવા માટે ભાવપત્રક/કવોટેશન આપવા બાબત.

મહાશય,

સવિનય જણાવવાનું કે, સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત જાહેર આરોગ્યખાતાનાં તાબા હેઠળની પબ્લીક હેલ્થ લેબોરેટરી હાલ, બીજો માળ, વેસુ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, વેસુ ફાયર સ્ટેશન સામે, વી.આઈ.પી. રોડ, વેસુ, સુરત. ખાતે ખાદ્ય ચીજ વસ્તુઓનું અગ્નિમતા ધોરણે નિયમીત પૃથ્થકકરણ કરવામાં આવે છે. નીચે પરિશિષ્ટ-૧ મુજબ સાધન ખરીદી કરવા જરૂરી હોય,

—::પરિશિષ્ટ-૧::—

Name of equipment: Water Purification System

Application: Ultrapure water purification system is required for purification of water and making it free of contaminants that interfere with microbiological analysis. An ultrapure water system is equipped with ultra-filters to remove Organic carbon, ion free and bacteria destroyed by UV, resulting in extremely low total organic carbon (TOC) and having a resistance of up to 1.0 MΩ/cm.	
Specifications	Requirements
General	• Compact, Wall mountable/benchtop system for laboratory grade water applications. • Should deliver ultra-pure product water by point of use dispenser with shut off facility.
Quality of water	Should deliver Type II/Ultra- pure as per International specifications as follows: • Electrical Resistivity Min. 1.0 MΩ/cm @ 25°C • Conductivity less than 1.0 μS/cm compensated to 25°C • TOC level (system with UV lamp) <50ppb • Flow rate >25 lit / hr • Bacteria <10 CFU/100 ml • Particulates(size>0.22μm) <1/mL • Sodium (ppb)<5 • Chloride (ppb) <5 • Total Silica (ppb) < 3

Storage	System should come with storage system of not less than 10 L to store consistently high-quality pure water for prolonged period and prevent Contamination by ambient air.
Feed water	Should have separate feed water (Potable tap water) specific purification cartridge and application specific polishing cartridge
Consumable	Must Quote separately for consumables (cartridges, filters etc.) for ONE YEAR for trouble free working.
Validation	For validation vendor should having its own capability with their own company trained service engineer to perform validation. No third part validation will be entertained. One validation at the time of installation should be done by company personnel.

સુરત મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય ખાતાના પબ્લીક હેલ્થ લેબોરેટરીમાં, ઉક્ત પરિશિષ્ટ-૧ અંગેના ભાવ (GST , Delivery તથા તમામ ખર્ચ સહિત) આપવાના રહેશે.

સદર ભાવો તમારા લેટર પેડ ઉપર આપવાના રહેશે. ભાવ પત્રક સાથે તમારી સંસ્થા તેમજ તમારા નોંધણી નંબર, GST નંબર અને પાન કાર્ડ ની સેલ્ફ એટેસ્ટેડ નકલ વિગેરે બિનચુક સામેલ કરી સીલ બંધ કવરમાં મુકવાના રહેશે. આ સીલ બંધ કવર ઉપર ખાતાનું નામ (પબ્લીક હેલ્થ લેબોરેટરી) અને કામનું નામ (વિષયમાં જણાવ્યા મુજબ) સ્પષ્ટ વાંચી શકાય તે રીતે લખી, તા.૨૭/૦૭/૨૦૨૬ સુધીમાં મુખ્ય હિશાબનીશશ્રી, હિશાબીશાખા, સુરત મહાનગરપાલિકા, તાપી ભવન, સુરત ખાતે ફક્ત સ્પિડપોસ્ટ/આર.પી.એડી. થી પહોંચતા કરવાના રહેશે. નિયત સમય મર્યાદામાં પ્રાપ્ત થયેલ બંધ કવરો જ ધ્યાને લેવામાં આવશે. તમો ધ્વારા આપવામાં આવેલ ભાવોની વેલીડીટી, ભાવપત્રક/કવોટેશન ખુલ્લાની તારીખ થી ૧૨૦ દિવસ ગણવાની રહેશે.

ખાસ નોંધ

- ભાવ પત્રકમાં જણાવેલ ભાવ સીલ બંધ કવરમાં આપવાના રહેશે અને ભાવ પર સેલોટેપ લગાવેલ હોવી જોઈએ.
- ભાવ પત્રકમાં જણાવેલ ભાવો GST, Delivery તથા તમામ ખર્ચ સહિતના આપવાના રહેશે.
- ભાવ પત્રકમાં જણાવેલ ભાવ ઉપરાંત કોઈ વધુ રકમ ચુકવવાની રહેશે નહિ.
- બીલની ચુકવણી સુરત મહાનગરપાલિકાના નિયમ મુજબ કરવામાં આવશે.

-sd-
હુડ એનાલીસ્ટ,
પબ્લીક હેલ્થ લેબોરેટરી
સુરત મહાનગરપાલિકા